



コネクタソンシール制度解説

一般社団法人 日本IHE協会 接続検証委員会

2022年 12月

IHE サイクル



統合宣言書でIHE準拠の製品であることをベンダーが公表

合格！



医療機関はIHEを要求仕様に含める


学会などでIHEによる問題解決があることを広報

コネクタソンでの接続テスト

同じような問題を抱える医療機関への適用が可能となる。



ベンダによる製品への実装



コネクタソン合格の意味



- 対象ベンダは、コネクタソンの場で複数の他の製品、半製品とIHEの手順で連携し、基本的な情報共有ができたことを意味する。
- したがって、対象ベンダはIHEの意義や、**合格対象プロファイルの実装要件を理解し、製品実装する能力があることをIHEは公表する。**
- ただし、コネクタソンでは全てのIHEの要件について、実装確認をするものではない。
- 即ち、このベンダの**対象製品が確実に実装していることを、IHEが保証するものではない。**
→したがって、IHE要件での実装をコネクタソン合格ベンダーに発注したが、多額のオプション費用を請求された、という苦情が多く、ユーザーにとってコネクタソンの意義が劣化していた。
- 合格対象スコープはコネクタソン開催地域のみで、地域の個別要件の実装が含まれることがある。


コネクタソンシール制度とは

- ・「コネクタソン合格した」というシール(マーク)を商材に添付できます。
- ・IHE統合宣言書の補助的な機能であり、統合宣言書の公開が前提です。
- ・シールデザインは IHE International により法的に保護されています。
- ・コネクタソン開催の国、地域毎に発行します。
- ・コネクタソン合格年が入りますが、添付期間に制限はありません。
- ・適合性認定シールとは異なり、IHEは製品品質を保証いたしません。
- ・日本ではシール下部に以下の文書を掲載します。
**「この製品は上記IHE準拠です。適合性及び導入費用の
適正さに関しては日本IHE協会まで」**
- ・QRコードにて統合宣言書へのリンクをつけています。



コネクタソンシールを使うと...

製品紹介ホームページや、パンフレット等の商材や、PC、モニタや、ガントリー、イメージプロセッサなどの実機に添付してアピールできます。



コネクタソンシールの使用方法



- 製品に添付するシールには、以下の項目を追加して下さい。
 - (1)統合プロファイルとアクターネーム(**A領域**)
 - (2)製品の統合宣言書のURLを示すQRコード(**B領域**)
- 統合プロファイル名には、略号を使用して下さい。アクターネームには、略号があれば略号を、ないときは英語で記載して下さい。**必要に応じてオプション名を()内に記載してください。**
【例】 SWF.b OF, OP, IM/IA
XCA Initiating Gateway
CT Time Server
PAM PEC (IOM)
- 文字の大きさ、QRコードの大きさは、サンプルを参考にして、同じようなレイアウトにして下さい。**A,B領域以外は、変更しないでください。**
- 製品に貼付するシールのサイズは、最適なサイズに拡大縮小して下さい(縦横比11:10の変更は不可)。

文字のフォントと色

- プロファイル、アクターネーム(**A領域**)：
フォント:Arial Rounded MT Bold、色は黒
文字は、上下中央揃え、左寄せでお願いします。
【例】SWF.b OP
PAM PEC (IOM) (オプション付きの表示例)
- QRコード(**B領域**) 【例】：<https://www.ihe-j.org/>
- A,B領域の広さは変更できませんので、フォントサイズを適切に調節して、記載して下さい。
- 日本IHE協会が提供するデザインファイルは、
(1)Powerpointファイルと
(2)PNGファイルです。
- 背景色：変更できません。(年度ごとに変わります。)



オプション名 略号一覧

- オプションを使用する場合は、以下の略号を使用してください。

ドメイン	プロファイル	アクタ	オプション名	略号
RAD	PDI	PMC	Web Contents	Web
ITI	PAM	PES/PEC	Inpatient/Outpatient Management	IOM
ITI	PAM	PES/PEC	Advanced Encounter Management	AEM

CONNECTATHON

A

B

IHE

JAPAN

2020

この製品は上記IHE準拠です。適合性及び導入
費用の適正さに関しては日本IHE協会まで

その他注意事項

- ・「IHE Connectathon シール使用許諾書」に違反するようなシール使用を確認した場合は、日本IHE協会よりシール購入時の担当者様に対して違反内容に関する確認と是正のご連絡をいたします。
- ・一定期間後には是正措置が取られない場合は、協会ホームページにて社名並びに違反内容を掲載する可能性があります。
- ・医療機関よりシール対象製品に対する疑義指摘があった場合も、調査の上、対象ベンダー様に対してご連絡を取る場合がございます。
- ・事務負担軽減のため、シールはコネクタソン結果掲載後、1年間を発行期間とし、それ以降、過去の年次に遡っての発行はいたしません。



以上